ANA.NOVA® Revisions Schaft

Produktmerkmale

- Hochfeste Titan-Schmiedelegierung (Ti6Al4V) nach ISO 5832-3
- Doppelkonischer Langschaft mit rechteckigem Querschnitt
- CCD-Winkel 131°
- Edelkorund gestrahlt
- Oberfläche mit proximaler Titanplasma-Beschichtung
- Beschleunigte Osteointegration durch vollflächige, bioaktive Calciumphosphat-Beschichtung (BONIT®)
- Polierter Prothesenhals

Implantate

Art.-Nr.	Bezeichnung
92011	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 1
92012	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 2
92013	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 3
92014	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 4
92015	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 5
92016	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 6
92017	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 7
92018	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 8
92019	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 9
92020*	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 10
92021*	ANA.NOVA® Revisions Schaft Gr. 11

* Sondergrößen

ARTIQO GmbH
Hans-Böckler-Straße 57
59348 Lüdinghausen

Telefon +49 (0) 2591 89 315 - 00
Telefax +49 (0) 2591 89 315 - 10

info@artiqo.de
www.artiqo.de

Lit.Nr. IT05103 I 06/2019